

иск. №: 0720-ГО-АА-184
от «23» июля 2020 года

Кому: Всем заинтересованным лицам

Уважаемый Коллега!

Настоящим письмом ООО «ЛайфСкан Раша (далее – «Компания»), уполномоченный представитель компании «LifeScan Inc.» - производителя систем контроля уровня глюкозы в крови под товарным знаком OneTouch® (далее – «Производитель»), выражает Вам своё почтение и сообщает Вам о том, что Компании стали известны факты появления предложений потребителям приобрести тест-полоски Diacont1, производства ООО «Диаконт», Россия.

Согласно регистрационному удостоверению (РЗН №2019/9251), а также информации, указанной на упаковке и в инструкции по эксплуатации тест-полосок Diacont1, данные тест-полоски совместимы с приборами OneTouch Select Simple®, которые поставлялись на территорию РФ ООО «Джонсон и Джонсон» до 2019 года. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с инструкцией по использованию глюкометров под товарным знаком OneTouch® Производитель предписывает использование приборов OneTouch Select Simple® только в комплекте с тест-полосками под товарным знаком OneTouch® и не несет ответственности за результаты измерений, полученных с использованием совместно с приборами OneTouch Select Simple® каких-либо иных тест-полосок.

Доводим до Вашего сведения, что при использовании совместно с глюкометрами OneTouch Select Simple® расходных материалов, отличных от расходных материалов Производителя, приборы снимаются с гарантийного обслуживания.

Компания информирует Вас о том, что с 01 июня 2019 года вступили в силу и стали обязательными к исполнению требования национального стандарта ГОСТ Р ISO 15197-2015 «Тест-системы для диагностики in vitro», устанавливающего улучшенные требования к точности глюкометров. В связи с чем Компания прекратила поставки тест-полосок One Touch Select® к глюкометрам OneTouch Select и OneTouch Select Simple в РФ, как не в полной мере соответствующих требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 15197-2015. Поставки в РФ вышеуказанных глюкометров были прекращены еще в 2018 году. Также мы хотели бы обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что компания ООО «Диаконт» размещает обозначение, сходное до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации товарным знаком «OneTouch Select» (свидетельство на товарный знак № 959731, зарегистрированный по международной процедуре) и товарным знаком «OneTouch Select Simple» (свидетельство на товарный знак № 495683) (далее – «Товарные знаки»), в том числе, в названии тест-полосок Diacont1 и на его упаковке, без согласия правообладателя – компании группы LifeScan.

Уведомляем Вас о том, что Компания направила информацию в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) об обращении на рынке медицинских изделий РФ тест-полосок к прибору OneTouch Select, не отвечающему требованиям национального стандарта ГОСТ Р ISO 15197-2015 «Тест-системы для диагностики in vitro». Правообладатель Товарных знаков также намерен обратиться за защитой прав на Товарные знаки в судебном и (или) административном порядке, считая, что сходное с Товарными знаками обозначение неправомерно используется ООО «Диаконт» для целей индивидуализации тест-полосок Diacont1.

Отметим, что изготовление, хранение, предложение к продаже и продажа контрафактных товаров может повлечь гражданскую, административную ответственность, а также иные формы ответственности, установленные законодательством РФ.

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество

ООО «ЛайфСкан Раша»
Генеральный директор

Исполнитель:
Александрия А.А. Тел +7 985 780 64 61 e-mail: haleksan@lifescan.com

Limited Liability Company LifeScan Russia



Е. А. Креанга

Общество с ограниченной ответственностью «ЛайфСкан Раша»