

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allewyn Lite IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 46657
PREV BSC:	
DATE:	07/02/2014
REVISION:	02

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1541		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	JW



ALLEVYN^o LITE

Неадгезивная гидропористая полиуретановая повязка

Описание

Повязка ALLEVYN Lite сочетает абсорбирующий губчатый слой между непроницаемым перфорированным внутренним слоем, непосредственно контактирующим с раной, и наружным пленочным полупроницаемым покрытием.

Механизм действия

Повязка ALLEVYN Lite обеспечивает оптимальную среду, способствующую заживлению раны. Повязку легко накладывать и удалять. Отсутствие адгезивного компонента на слое, непосредственно контактирующим с раной, позволяет применять повязку на чувствительной коже.

Показания к применению

Повязки ALLEVYN Lite предназначены для лечения ран со слабой и средней степенью экссудации, заживающих вторичным натяжением.

Инструкция по применению:

- 1 Очистите рану в соответствии с клиническими рекомендациями.
- 2 Выберите повязку подходящего размера.
- 3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного экссудата. Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегла к раневой поверхности.
- 4 Наложите ALLEVYN Lite белой поверхностью на рану и укрепите фиксирующей пленкой (например, OPSITE[®] FLEXIFIX[®]), пластырем или бинтом.
- 5 ALLEVYN Lite можно выкраивать для лучшей адаптации на частях тела сложного рельефа.

Частота смены повязки

В начальных фазах лечения раны ревизия повязки ALLEVYN Lite должна производиться часто.

Повязку можно оставлять на месте до 5 дней или до тех пор, пока видимая граница экссудата не достигнет 1,5 см от края повязки. При этом необходимо соблюдать клинические рекомендации для лечения подобных ран. Водонепроницаемая пленка на наружной поверхности повязки препятствует бактериальной контаминации раны. При использовании повязки на инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.

Удаление повязки

Для удаления повязки ALLEVYN Lite снимите фиксирующую повязку или бинт и аккуратно извлеките повязку из раны.

Меры предосторожности

Не применяйте повязки ALLEVYN Lite вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита (например, EUSOL (ЗУСОЛ)) или перекиси водорода, поскольку они могут повредить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки. При появлении гиперемии или аллергической реакции, следует прекратить использование повязки.

Ассортимент

Код	Размер	Штук в упаковке
66000690	5см x 5см / 2" x 2"	20
66000691	10см x 10см / 4" x 4"	20
66000692	10см x 20см / 4" x 8"	10
66000698	15см x 20см / 6" x 8"	10

* - дюймы

СТЕРИЛЬНО R Неадгезивная повязка. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C (77°F). Предназначено только для одноразового использования. Для ран со слабой и средней степенью экссудации. Радиационный метод стерилизации. Внимание! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Неадгезивная повязка. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки.

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, Англия
 Торговые марки Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2013



0086

46657