

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allewyn Non-Adhesive IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 46610
PREV BSC:	
DATE:	11.12.2013
REVISION:	02

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1540		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	JW



ALLEVYN[®] NON-ADHESIVE

Неадгезивная гидро-пористая полиуретановая повязка

СТЕРИЛЬНО R Радиационный метод

стерилизации. Предназначено только для одноразового использования. Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C/77°F. Избегать воздействия света.

Описание

Повязка ALLEVYN Non-Adhesive представляет собой трехслойную повязку, состоящую из абсорбирующего губчатого слоя, между непрлипающим перфорированным внутренним слоем, непосредственно контактирующим с раной, и наружным пленочным полупроницаемым покрытием, защищающим рану от проникновения микроорганизмов и влаги.

Механизм действия

Современная трехслойная конструкция ALLEVYN Non-Adhesive упрощает использование инфузионной терапии, что способствует созданию оптимальной раневой среды для наилучшего заживления ран и уменьшению риска мацерации. Наружное пленочное покрытие помогает защитить рану от проникновения микроорганизмов и влаги. Повязку легко накладывать и удалять. Отсутствие адгезивного компонента позволяет применять повязку на чувствительной коже.

Показания к применению

Заживление ран вторичным натяжением, лечение хронических и острых глубоких ран, неполнослойных или поверхностных гранулирующих экссудующих ран, таких как пролежни, трофические венозные язвы, диабетические язвы стоп, малигнизированные язвы, хирургические раны, ожоги первой и второй степени, донорские участки при пересадке кожи и грибковые язвы. ALLEVYN Non-Adhesive может также использоваться для инфицированных ран. При использовании в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и лечение согласно клиническим правилам. Допускается применение повязки ALLEVYN Non-Adhesive с компрессией. В некротических и гнойно-фибринозных ранах повязка ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться совместно с гелем INTRASITE[®]. Повязка ALLEVYN Heel используется для пяток и других частей тела сложного рельефа совместно с антирепрессорными устройствами в рамках протокола лечения пролежней.

Меры предосторожности

- Не применяйте повязки ALLEVYN Non-Adhesive вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита (например, EUSOL (ЭУСОЛ)) или перекиси водорода, поскольку они могут повредить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки.

- Если началось покраснение кожи или возникла аллергическая реакция, удалите повязку и обратитесь за консультацией к специалисту. Запрещается использовать ALLEVYN Heel для лечения пролежней без антирепрессорных устройств.

- ALLEVYN Non-Adhesive – это продукт для однократного использования. Применение повязки для лечения ран другого пациента может вызвать перекрёстное заражение или развитие инфекции. Вскрытие упаковки нарушает стерильность повязки, поэтому нельзя откладывать наложение вскрытой повязки на другой день.

Инструкция по применению

- 1 Очистите рану в соответствии с клиническими правилами.
- 2 Выберите повязку подходящего размера. Повязка ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться на поверхности частей тела сложного рельефа. Вырезая повязку, всегда соблюдайте асептические условия. При компрессионной терапии повязку необходимо обрезать под размер раны.
- 3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного экссудата. Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегалась к раневой поверхности.
- 4 Соблюдая стерильность, достаньте повязку ALLEVYN Non-Adhesive из упаковки.
- 5 Наложите ALLEVYN Non-Adhesive белой поверхностью на рану и укрепите фиксирующей пленкой (например, OPSITE[®] Flexifix или OPSITE[®] Flexifix Gentle), пластырем или бинтом.
- 6 Если повязка ALLEVYN Non-Adhesive была вырезана, необходимо защитить открытые губчатые участки подходящим плечатым покрытием, стараясь не закрыть всю повязку.

Частота смены повязки

В начальных фазах лечения раны ревизия повязки ALLEVYN Non-Adhesive должна производиться часто. Повязку можно оставлять на месте до 7 дней или до тех пор, пока видимая граница экссудата не достигнет 1,5 см от края повязки. Если повязку накладывают на крестцовую зону, то этот срок не должен превышать 5 дней, однако, учитывая повышенную вероятность загрязнения и заражения, ревизию повязки следует проводить чаще. Решение о смене повязки должно зависеть от клинической оценки состояния раны.

Удаление повязки

Для удаления повязки снимите фиксирующую повязку или бинт и аккуратно извлеките повязку из раны.

Шкала на упаковке повязки предназначена исключительно для выбора повязки, следует следить за тем, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Ассортимент

Код	Размер	Штук в упаковке
66007643	5см x 5см / 2" x 2"	10
66007637	10см x 10см / 4" x 4"	10
66007335	10см x 20см / 4" x 8"	10
66000093	15см x 15см / 6" x 6"	10
66007638	20см x 20см / 8" x 8"	10
66000663	40см x 70см / 15¾" x 27½"	2
66007630	Пятка	5
66000773	Пятка	10

* дюймы

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN, Англия
Торговые марки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2013

46610

