

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allewyn Plus Cavity IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55741
PREV BSC:	N/A
DATE:	29/01/2015
REVISION:	01

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1947		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB

(RU)

 smith&nephew

ALLEVYN[®] PLUS CAVITY

Полиуретановая губчатая повязка для полостей

СТЕРИЛЬНО R 

Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена.

Описание

ALLEVYN Plus Cavity – это повязка, содержащая материал с высокой абсорбирующей способностью, помещенный в полиуретановую основу.

Механизм действия

ALLEVYN Plus Cavity абсорбирует экссудат, сохраняя влажную среду в ране. Она заполняет рану, физически предотвращая преждевременное закрытие раны, и не приклеивается к ее поверхности.

Показания

ALLEVYN Plus Cavity может использоваться под руководством медицинского работника для лечения глубоких ран, заживающих вторичным натяжением, таких как: пролежни 3-й и 4-й стадии, глубокие язвы ног, раскрытые послеоперационные раны.

Инструкция по применению

1. Очистите рану в соответствии с местными клиническими процедурами.
2. Выберите повязку соответствующего размера.
3. Снимите печатную пленку с повязки.
4. Снимите защитную бумагу.
5. Перед помещением в полость повязка может быть доведена до нужного размера стерильными тупым пинцетом или руками в перчатках. Свободно поместите повязку в рану, что заполнить 50% полости, завернув или закрутив ее вверх. Повязка расширится по мере абсорбции экссудата и полностью заполняет полость. При низком уровне секреции в ране применение повязки может изначально вызвать боль или жжение из-за абсорбирующей способности. В таком случае предварительно

смочите ее стерильным физиологическим раствором.

6. Зафиксируйте в записях пациента количество повязок, использованных для каждой раны.
7. Для удержания повязки на месте используйте подходящую фиксирующую повязку, например, ALLEVYN Thin.

Частота смены

Частота смены повязки зависит от уровня экссудации раны. Меняйте повязку, когда вторичная повязка приподнимется или возникнет протекание. Интервал между сменой повязок составляет от одного до нескольких дней. Повязка должна меняться как минимум один раз в неделю. На ранних стадиях лечения ран необходимо часто проверять повязки ALLEVYN Plus Cavity.

Снятие повязки

Снимите вторичную повязку и аккуратно удалите повязки ALLEVYN Plus Cavity тупым пинцетом или руками в перчатках.

Советы по применению:

Чтобы избежать прилипания повязки к перчаткам и инструментам, рекомендуется смочить пальцы в перчатках или инструмент стерильным физиологическим раствором.

Меры предосторожности

Избегайте использования окислителей, например, растворов перекиси водорода и гипохлорита, с ALLEVYN Plus Cavity.

Противопоказания

Не используйте в глубоких ранах с мелкими отверстиями. При подозрении на инфекцию, например, покраснении или зловонном экссудате, обратитесь к медицинскому работнику. Инфицированные раны должны ежедневно проверяться и обрабатываться соответствующим образом.

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
65047571	5 см x 6 см / 2 дюйма x 2 ³ / ₈ дюйма	10 шт. в коробке
66047573	10 см x 10 см / 4 дюйма x 4 дюйма	5 шт. в коробке
66000846	10 см x 10 см / 4 дюйма x 4 дюйма	10 шт. в коробке
66047574	15 см x 20 см / 6 дюйма x 8 дюймов	3 шт. в коробке
66000848	15 см x 20 см / 6 дюйма x 8 дюймов	10 шт. в коробке

Количество повязок

Стерилизовано гамма-излучением.

Для ран с уровнем экссудата от высокого до сверхвысокого.

Не использовать повторно.

Хранить в сухом месте (<25 °C / 77 °F)

Внимание! См. инструкции по применению.

Беречь от солнечных лучей.

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN, England
 *Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 01/2015
 www.smith-nephew.com

55741



0086