



www.test-poloska.ru

(495) 229-67-03

(495) 795-87-80

Товары для людей с сахарным диабетом

№ п/п	Наименование товара, входящего в объект закупки	Код по ОКПД**	Товарный знак	Ед. изм.	Кол-во	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)	
						Наименование показателя, ед. изм. показателя	Описание, значение
1	2	3	4	5	6	7	8
						Назначение	предназначены для определения уровня глюкозы в крови вне тела человека
						Объем капли крови, мкл	0,6
						Диапазон измерений составляет, ммоль/л	1,1-27,8
						Температурный диапазон применения, °С	+ 4 - + 30
						На тест-полоске имеется специальное контрольное поле для определения достаточного объема крови.	наличие
						Количество тест-полосок в упаковке, шт	50
						Совместимость	с аппаратом Оптиум Эксид и Фристайл Оптиум
№ п/п	Наименование показателя	Описание, значение					
1	Требования к упаковке товара	Упаковка должна обеспечивать безопасность и неизменность идентификационных признаков расходного материала при обращении в течение их срока службы; сохранность расходного материала в установленном уровне чистоты и сводить к минимуму риск инфекционного загрязнения; защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.					
* - является исчерпывающим в совокупности с условиями, предусмотренными проектом государственного контракта, включенным в документацию как неотъемлемая часть.							
** Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014.							
При составлении описания объекта закупки использовались: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ 19126-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007							